

Warszawa dnia – ..... 11.2018

**Załącznik nr 5**

**Specyfikacja techniczna urządzenia – rejestrator temperatury i wilgotności:**

LP	WYMAGANIA		OFERENT
1	Klasa urządzenia	max. 0.5	
2	Pomiar	Bezpośredni (opcja – sonda)	TAK / NIE *
3	Wyświetlacz	Elektroniczny, LCD	TAK / NIE *
4	Pamięć odczytów pomiaru	min. 10000 pomiarów/ kanał	
5	Rozdzielczość pomiaru temperatury	Min. 0.1°C	
6	Rozdzielczość pomiaru wilgotności	Min. 0.1% RH	
7	Klasa szczelności	min. IP54	
8	Transmisja pomiarów do komputera PC	Bezprzewodowa	TAK / NIE *
9	Zasilanie	Autonomiczne (bateria lub akumulator)	TAK / NIE *
10	Montaż	Naścienny	TAK / NIE *
11	Certyfikat kalibracji producenta	Tak	TAK / NIE *
12	Serwis, konserwacja- usługa na terenie Polski	Tak	TAK / NIE *

\* - niepotrzebne skreślić

.....  
(pieczęć firmowa i podpis oferenta)