

Warszawa dnia – ..... 11.2018

**Załącznik nr 7**

**Specyfikacja techniczna urządzenia – zasilacz laboratoryjny AC programowalny**

LP	WYMAGANIA		OFERENT
1	Typ zasilacza	Laboratoryjny	TAK / NIE *
2	Wyświetlacz	Elektroniczny	TAK / NIE *
3	Wskazania	Jednoczesne wskazania prądu i napięcia wyjściowego	TAK / NIE *
4	Liczba kanałów	1	
5	Zakres napięcia	0-300V lub więcej	
6	Regulacja napięcia wyjściowego	0.1V lub mniej	
7	Zakres prądowy	0-12A lub więcej	
8	Zakres częstotliwości (programowalny)	47 – 500Hz	
9	Komunikacja	LAN, USB, RS232	TAK / NIE *
10	Źródło zasilania:	220VAC ± 10%	
11	Zabezpieczenia:	przed zwarcie i przed przeciążeniem	TAK / NIE *
12	Rozmiar	1/2 2U	TAK / NIE *



**Fundusze Europejskie**  
Inteligentny Rozwój



**Rzeczpospolita  
Polska**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



13	Urządzenie wyposażone w przewód zasilający z wtyczką do zastosowań w Polsce.	Tak	TAK / NIE *
14	Serwis, konserwacja - usługa na terenie Polski	Tak	TAK / NIE *
15	Świadectwo wzorcowania	Tak	TAK / NIE *

.....

(pieczęć firmowa i podpis oferenta)