

Warszawa dnia – ..... 11.2018

**Załącznik nr 11**

**Specyfikacja techniczna urządzenia – kamera termowizyjna:**

LP	WYMAGANIA		OFERENT
1	Rozmiar matrycy IR	min. 384x288	
2	Typ urządzenia	Przenośne	
3	Wyświetlacz	Kolorowy, dotykowy, ruchomy	TAK / NIE *
4	Zakres spektralny	Min. 8~14um	
5	Kamera zdjęć wizualnych	Min. 5 Mpix	
6	Zoom	Min. 4x	
7	Szczelność obudowy	Min. IP54	
8	Dodatkowe funkcje	PIP	TAK / NIE *
9	Wizjer	Tak	TAK / NIE *
10	Komunikacja z innymi urządzeniami	Przez port USB, kartę pamięci, Wi-Fi	TAK / NIE *
11	Prezentacja wyników pomiaru	Natychmiastowa, na wyświetlaczu, zapis pomiaru do pamięci urządzenia	TAK / NIE *
12	Serwis, konserwacja, wzorcowanie urządzenia, usługa na terenie Polski	Tak	TAK / NIE *

\* - niepotrzebne skreślić

.....

(pieczęć firmowa i podpis oferenta)