

Warszawa dnia – 11.2018

Załącznik nr 9

Specyfikacja techniczna urządzenia – miernik mocy AC/DC:

LP	WYMAGANIA		OFERENT
1	Kategoria pomiarowa	Min. III	
2	Pasma pomiaru	DC, min. do 1kHz	
7	Pomiar	w układzie jednofazowym	TAK / NIE *
3.1	Mierzone parametry	Napięcie: min. zakres od 0.5V do 600V RMS	TAK / NIE *
3.2		Prąd: min. zakres 10mA-2A oraz 2A-10A RMS	TAK / NIE *
3.3		Moc czynna: min. zakres 0.2W to 6kW	TAK / NIE *
3.4		Moc pozorna	TAK / NIE *
3.5		Moc bierna	TAK / NIE *
3.6		Współczynnik mocy	TAK / NIE *
3.7		Prąd rozruchowy: min. zakres 5A-65A	TAK / NIE *
4	Wyświetlacz elektroniczny	TAK	TAK / NIE *
5	Dodatkowe funkcje	Wybór zakresu pomiarowego, HOLD	TAK / NIE *
6	Komunikacja z komputerem	Dowolna	TAK / NIE *
7	Zasilanie	Bateryjne i z sieci AC	TAK / NIE *
8	Świadectwo wzorcowania	Tak	TAK / NIE *
8	Serwis, konserwacja- usługa na terenie Polski	Tak	TAK / NIE *

* - niepotrzebne skreślić

.....

(pieczęć firmowa i podpis oferenta)